

## Инструкция применения DPD тестера

1. Погрузить контейнер на глубину около 50 см, открыть крышечку емкостей, набрать в них воды до уровня рисок, закрыть и вынуть из воды.
2. Поместить таблетку DPD в емкость, обозначенную CL и таблетку Phenol Red, обозначенную PH.
3. Закрывать емкости и хорошенько встряхнуть.
4. Через 10-15 сек. по цвету определить уровень Cl и pH.

Уровень pH должен отвечать значению 7,0-7,4. Показатель CL указывает на содержание активного хлора в воде бассейна. Необходимо добиться того, чтобы показатель pH находился в пределах 7,0-7,4, CL - в пределах 0,3-0,6мг/л.

Тестирование проводить не реже 1 раза в неделю (при необходимости 2-3 раза).

Затем при помощи химпрепаратов привести показатели воды в норму.

Хранить контейнер с плотно закрытой крышкой в сухом, прохладном месте. Беречь от детей.